



# Seracal™

## Instrucciones para la irrigación por sonda de alimentación



1 Mida 1/4 de taza\* (4 onzas líquidas/ 120 mililitros) de agua en una taza o recipiente de 1 taza o más grande.



2 Agregue 1/4 taza de polvo de Seracal esponjado (no lo compacte) al agua.



3 Remueve con una cuchara o tenedor.



4 Mezcle con un batidor o una batidora de inmersión hasta que la mezcla no tenga grumos visibles (normalmente menos de un minuto).\*\*



5 Extraiga la solución mezclada con una jeringa y lávela en la parte del tubo.



6 Luego enjuague el tubo con agua para asegurarse de que todo el Seracal haya pasado a través del tubo.

\*Si se desea un bolo de lavado más pequeño y más frecuente, reduzca a 2 onzas (60 mililitros) de agua mezclada con 2 cucharadas de polvo Seracal.

\*\*Si se desea un bolo de lavado más pequeño y más frecuente, reduzca a 2 onzas (60 mililitros) de agua mezclada con 2 cucharadas de polvo Seracal.

Si un paciente está usando Relizorb, recomendamos enjuagar Seracal por separado y no a través de su cartucho.